

Утверждаю:  
Исполнительный директор  
АО «СиБИАЦ»  
Пилюгин В.М.  
«\_\_\_» 2019г.

**Техническое задание  
на поставку оборудования  
для Новосибирского филиала АО «СиБИАЦ» в 2019г.**

**1. Общие требования и условия поставки**

Цена поставляемого оборудования (Товар) должна включать: НДС, все транспортные расходы, все страховые платежи;

Условия оплаты: по факту поставки, не позднее 45 (сорок пять) календарных дней с момента фактической передачи Товара Покупателю и получения счета-фактуры и товарных накладных.

Поставка Товара производится до пункта назначения: 630032, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 4

Сроки поставки: июль 2019 г.

**2. Перечень и объемы закупаемого Товара**

Заказчик намерен приобрести следующие приборы и оборудование:

№ п/п	Наименование Товара	Технические требования	Кол-во, шт.
1	Термостат с принудительной циркуляцией воздуха	<p>Термостат предназначен для проведения длительных температурных воздействий: при определении биохимического потребления кислорода природных и сточных вод, а также для других производственных целей, требующих терmostатирования в температурном режиме.</p> <p>Технические параметры:</p> <p>Наружные размеры (вкл. дверь, ручку, опоры):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- высота, мм: 1095</li><li>- глубина, мм: 790</li><li>- ширина, мм: 760</li></ul> <p>Внутренняя камера - нержавеющая сталь:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- объём (л) 222</li></ul> <p>Сетчатые полки: 4 шт.</p> <p>Внутренняя стеклянная дверь</p> <p>Электрические параметры - сеть 50/60 Гц, напряжение (В) 230</p> <p>Микропроцессорный контроль температуры</p> <p>Звуковая и визуальная сигнализация</p> <p>Рабочая температура от 5 °C до 70 °C</p> <p>Точность поддержания температуры в пространстве: при 10 °C +/- 0,5 , при 37 °C +/- 0,5 , во времени +/- 0,2 °C</p> <p>Принудительная циркуляция воздуха .</p> <p>Комплект поставки: термостат электрический, паспорт, руководство по эксплуатации, методика аттестации, свидетельство о первичной аттестации.</p>	1

**3. Требования к закупаемому Товару:**

- тип, модель, комплектность прибора должны соответствовать заявленным в перечне закупаемого Товара. Возможно рассмотрение аналогов, не уступающих по возможностям, качеству и диапазону измерений;

- Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, не эксплуатировавшийся, предоставление выставочного экземпляра не допускается. Дата изготовления оборудования не

ранее 2018 года. Оборудование и комплектующие не должны иметь дефектов.

- испытательное оборудование должно иметь протокол первичной аттестации;
- в комплекте с приборами и оборудованием предоставить руководство по эксплуатации, паспорт, методику аттестации;
- оборудование поставляется Заказчику с документацией по обслуживанию на русском языке.
- качество поставляемого Товара должно соответствовать сертификатам фирм-производителей и стандартам РФ;
- гарантийное обслуживание сроком не менее 12 месяцев с момента поставки. В течение гарантийного срока поставщик безвозмездно ремонтирует или заменяет вышедший из строя прибор или его комплектующие;
- Товар должен быть затащен и упакован Поставщиком согласно ГОСТу таким образом, чтобы исключить её порчу, повреждение и обеспечить сохранность при транспортировке и хранении при обычных условиях.

#### 4. Требования к участникам запроса предложений:

- участником запроса предложений должно быть квалифицированное предприятие-изготовитель лабораторных приборов или дилер ряда крупных производителей приборов;
- иметь права на распространение оборудования.

Начальник Химической службы



О.Д. Тимофеева

Начальник химической лаборатории



Е.А. Гурагат